MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ	YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON (YDD) İŞLEMLERİ KONTROL ÇİZELGESİ	

EN.FR.08	30.10.2017	Revizyon No	Revizyon tarihi	1/1

YDD İŞLEM BASAMAKLARI	**TARİH:**														
	BİRİM :														
	MAKİNA/MANUEL:														
1	YDD kullanım öncesi önlük,eldiven,maske kullanılıyor mu?														
2	YDD işlemi ayrı bir odada yapılıyor mu? Havalandırma (6-15 kez/h hava değişimi) var mı?														
3	Aletlerin ayrılabilir parçaları sökülüp, kaba kirlerinden arındırılıyor mu?														
4	Aletler enzimatik deterjan çözeltisi içinde 30 dk bekletiliyor, bol su ile durulanıyor mu?														
5	YDD her kullanım öncesinde striple kontrol edilip, kayıt altına alınıyor mu?														
6	Aletlerin tamamı YDD'a batırılıyor mu?														
7	Lümenli ise içinden (enjektör ile) YDD ve su geçiriliyor mu?														
8	YDD kapalı kapta mı?														
9	Aletler YDD'da en az 20 dk bekletiliyor mu?														
10	YDD'dan çıkarılan aletler bol su ile durulanıyor (tercihen distile su) mu?														
11	Endoskoplar ve kanalları kurutuluyor mu? (%70-90 alkol /hava tabancası ile kurutma)														
12	Dezenfekte edilen aletler kapalı kapta ve kuru ortamda (endoskoplar için vertikal pozisyonda) saklanıyor mu ?														
13	YDD (striple uygunluğu devam ettiği sürede) en fazla 14 gün kullanılıyor mu?														
14	YDD dökmeden önce nötralizan toz (sodyum bisülfat) karıştırılıyor mu?														
15	Aletlerin saklama dolaplarının içi (1/100 hipoklorit) ile temizleniyor mu (haftada 1 kez) ?														
	KONTROL EDEN:														
	BİRİM SORUMLUSU:														

NOT: DOĞRU İÇİN: +, YANLIŞ: - İŞARETİ KULLANILMALIDIR.